



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 апреля 2024 года № РЗН 2020/12491

На медицинское изделие

Линзы контактные мягкие корригирующие однодневные астигматические

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"КуперВижн Мануфэкчуринг Лтд.", Соединенное Королевство,
CooperVision Manufacturing Ltd., South Point, Hamble, Southampton, SO31 4RF,
United Kingdom**

Производитель

**"КуперВижн Мануфэкчуринг Лтд.", Соединенное Королевство,
CooperVision Manufacturing Ltd., South Point, Hamble, Southampton, SO31 4RF,
United Kingdom**

Место производства медицинского изделия

см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-59089/83931 от 20.11.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.41.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 16 листах

приказом Росздравнадзора от 16 апреля 2024 года № 2124
допущено к обращению на территории Российской Федерации
**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0078108

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 апреля 2024 года № РЗН 2020/12491

Лист 1

На медицинское изделие

Линзы контактные мягкие корригирующие однодневные астигматические:

I. Линзы контактные мягкие корригирующие однодневные астигматические с торговым наименованием и товарным знаком MyDay® daily disposable toric или с торговым наименованием iWear harmony astigmatism или с торговым наименованием 54% 1 day Silicone Hydrogel toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric 100Z ONE DAY VIEW PREMIUM Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric 3Z lens 1 day toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric ACULIFE EXPERT FOR ASTIGMATISM или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric AirLens 1 Day Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric AirOmoist 1-DAY TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric AirVIEW 1 Day Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric Airway PREMIUM 1 DAY FOR ASTIGMATISM или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric AT FIRST SIGHT 1 DAY TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric Biolens 1 Day Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric Biosoft 1-DAY PREMIUM toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric cadence® deluxe 1 day toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric Citylens 1 Day Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric CLEARSKY 1 day Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric cooperflex® SUPER 1 DAY TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric CRYSTAL LAKES 1 DAY Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric CrystaLook 1 Day Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric CrystalView 1 day elite toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric DEAR Lens 1 DAY SIMPLY Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric DINAVUE PRO FOR ASTIGMATISM 1 Day или с торговым наименованием stenfilcon A 54% 1 day toric DL One Day Premium for ASTIGMATISM или с торговым наименованием stenfilcon A 54% 1 day toric ExeLens 1 Day Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric EyeContact 1 Day Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric EYEjoy ONE DAY Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric FLEXYVIEW 1

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0139049

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 апреля 2024 года № РЗН 2020/12491

Лист 2

Day Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric free eyes one day for me toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric Freeview 1 Day Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric happio Premium Toric 1 Day или с торговым наименованием stenfilcon A 54% 1 day toric HIGH TIME 1 Day Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric HYDRAVIEW 1 DAY ASTIGMATISM или с торговым наименованием stenfilcon A 54% 1 day toric iWear harmony astigmatism или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric Just to see 1 Day Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric LET IT SEE 1 DAY TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric Likont Premium 1 Day Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric Lunelle 1 Day Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric medivue® more 1 DAY TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric moraray 1 day Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric MyLens one day Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric newera 1 Day Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric NicEye 1 day PREMIUM Astigmatism или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric NNC 1 Day Premium Astigmatism или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric Novalens 1-DAY PREMIUM toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric OCHKOV.NET 1-Day Premium For Astigmatism или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric Onelens 1 Day Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric ONEview PREMIUM 1-day Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric optilook premium toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric OPTITOUCH 1 DAY Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric OptiWay 1 Day Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric OXIGENFILL 1 DAY TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric OXY 1 DAY Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric perfect one day Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric POINT OF VIEW 1 DAY ASTIGMATISM или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric PrimaView 1 day Premium Toric или с торговым

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0139050

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 апреля 2024 года № РЗН 2020/12491

Лист 3

наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric PrizmaBio 1 Day Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric ProAir 1 Day Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric PURE LOOK 1 Day Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric PURE ONE 1 DAY TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric PureWay 1 DAY PREMIUM TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric Rythmic® Ultimate 1 DAY toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric Sancylook 1 day toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric SECOND SIGHT 1 DAY TORIC или с торговым наименованием stenfilcon A 54% 1 day toric SIGHT CARE 1 DAY ASTIGMATISM или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric SILVER® ONCE 1 DAY TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric Spectrus 1 day PREMIUM Toric или с торговым наименованием stenfilcon A 54% 1 day toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric ultraflex® opti 1 DAY TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric VettaComfort 1 day toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric VIEWCARE 1 DAY ASTIGMATISM или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric VISIBLE EXCITE TORIC или с торговым наименованием stenfilcon A 54% 1 day toric VISIOSENS One-Day Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric YASNO 1 Day Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric ZOLO LENS ONE DAY Toric или с торговым наименованием stenfilcon A 54% 1 day toric КлиО Aqua Comfort + 1 Day Toric или с торговым наименованием stenfilcon A 54% 1 day toric Линз-Очки На день toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric ОКТОПУС 1 Day Premium Toric или с торговым наименованием и товарным знаком stenfilcon A 54% 1 day toric ТОЧНАЯ ОПТИКА 1 день Премиум для астигматизма, варианты исполнения:

1. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -10,00 D;
2. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -10,00 D;
3. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -10,00 D;
4. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -10,00 D;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0139051

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 апреля 2024 года № РЗН 2020/12491

Лист 4

5. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -9,50 D;
6. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -9,50 D;
7. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -9,50 D;
8. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -9,50 D;
9. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -9,00 D;
10. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -9,00 D;
11. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -9,00 D;
12. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -9,00 D;
13. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -8,50 D;
14. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -8,50 D;
15. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -8,50 D;
16. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -8,50 D;
17. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -8,00 D;
18. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -8,00 D;
19. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -8,00 D;
20. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -8,00 D;
21. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -7,50 D;
22. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -7,50 D;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0139052

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 апреля 2024 года № РЗН 2020/12491

Лист 5

23. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -7,50 D;
24. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -7,50 D;
25. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -7,00 D;
26. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -7,00 D;
27. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -7,00 D;
28. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -7,00 D;
29. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -6,50 D;
30. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -6,50 D;
31. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -6,50 D;
32. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -6,50 D;
33. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -6,00 D;
34. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -6,00 D;
35. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -6,00 D;
36. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -6,00 D;
37. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -5,75 D;
38. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -5,75 D;
39. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -5,75 D;
40. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -5,75 D;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0139053

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 апреля 2024 года № РЗН 2020/12491

Лист 6

41. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -5,50 D;
42. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -5,50 D;
43. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -5,50 D;
44. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -5,50 D;
45. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -5,25 D;
46. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -5,25 D;
47. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -5,25 D;
48. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -5,25 D;
49. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -5,00 D;
50. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -5,00 D;
51. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -5,00 D;
52. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -5,00 D;
53. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -4,75 D;
54. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -4,75 D;
55. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -4,75 D;
56. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -4,75 D;
57. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -4,50 D;
58. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -4,50 D;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0139054

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 апреля 2024 года № РЗН 2020/12491

Лист 7

59. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -4,50 D;
60. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -4,50 D;
61. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -4,25 D;
62. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -4,25 D;
63. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -4,25 D;
64. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -4,25 D;
65. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -4,00 D;
66. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -4,00 D;
67. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -4,00 D;
68. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -4,00 D;
69. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -3,75 D;
70. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -3,75 D;
71. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -3,75 D;
72. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -3,75 D;
73. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -3,50 D;
74. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -3,50 D;
75. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -3,50 D;
76. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -3,50 D;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0139055

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 апреля 2024 года № РЗН 2020/12491

Лист 8

77. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -3,25 D;
78. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -3,25 D;
79. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -3,25 D;
80. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -3,25 D;
81. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -3,00 D;
82. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -3,00 D;
83. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -3,00 D;
84. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -3,00 D;
85. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -2,75 D;
86. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -2,75 D;
87. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -2,75 D;
88. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -2,75 D;
89. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -2,50 D;
90. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -2,50 D;
91. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -2,50 D;
92. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -2,50 D;
93. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -2,25 D;
94. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -2,25 D;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0139056

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 апреля 2024 года № РЗН 2020/12491

Лист 9

95. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -2,25 D;
96. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -2,25 D;
97. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -2,00 D;
98. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -2,00 D;
99. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -2,00 D;
100. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -2,00 D;
101. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -1,75 D;
102. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -1,75 D;
103. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -1,75 D;
104. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -1,75 D;
105. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -1,50 D;
106. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -1,50 D;
107. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -1,50 D;
108. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -1,50 D;
109. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -1,25 D;
110. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -1,25 D;
111. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -1,25 D;
112. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -1,25 D;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0139057

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 апреля 2024 года № РЗН 2020/12491

Лист 10

113. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -1,00 D;
114. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -1,00 D;
115. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -1,00 D;
116. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -1,00 D;
117. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -0,75 D;
118. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -0,75 D;
119. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -0,75 D;
120. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -0,75 D;
121. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -0,50 D;
122. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -0,50 D;
123. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -0,50 D;
124. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -0,50 D;
125. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -0,25 D;
126. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -0,25 D;
127. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -0,25 D;
128. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила -0,25 D;
129. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила 0,00 D;
130. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила 0,00 D;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0139058

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 апреля 2024 года № РЗН 2020/12491

Лист 11

131. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила 0,00 D;
132. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила 0,00 D;
133. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +0,25 D;
134. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +0,25 D;
135. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +0,25 D;
136. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +0,25 D;
137. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +0,50 D;
138. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +0,50 D;
139. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +0,50 D;
140. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +0,50 D;
141. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +0,75 D;
142. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +0,75 D;
143. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +0,75 D;
144. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +0,75 D;
145. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +1,00 D;
146. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +1,00 D;
147. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +1,00 D;
148. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +1,00 D;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0139059



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 апреля 2024 года № РЗН 2020/12491

Лист 12

149. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +1,25 D;
150. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +1,25 D;
151. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +1,25 D;
152. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +1,25 D;
153. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +1,50 D;
154. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +1,50 D;
155. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +1,50 D;
156. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +1,50 D;
157. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +1,75 D;
158. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +1,75 D;
159. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +1,75 D;
160. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +1,75 D;
161. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +2,00 D;
162. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +2,00 D;
163. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +2,00 D;
164. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +2,00 D;
165. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +2,25 D;
166. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +2,25 D;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0139060

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 апреля 2024 года № РЗН 2020/12491

Лист 13

167. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +2,25 D;
168. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +2,25 D;
169. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +2,50 D;
170. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +2,50 D;
171. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +2,50 D;
172. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +2,50 D;
173. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +2,75 D;
174. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +2,75 D;
175. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +2,75 D;
176. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +2,75 D;
177. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +3,00 D;
178. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +3,00 D;
179. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +3,00 D;
180. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +3,00 D;
181. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +3,25 D;
182. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +3,25 D;
183. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +3,25 D;
184. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +3,25 D;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0139077

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 апреля 2024 года № РЗН 2020/12491

Лист 14

185. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +3,50 D;
186. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +3,50 D;
187. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +3,50 D;
188. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +3,50 D;
189. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +3,75 D;
190. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +3,75 D;
191. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +3,75 D;
192. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +3,75 D;
193. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +4,00 D;
194. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +4,00 D;
195. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +4,00 D;
196. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +4,00 D;
197. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +4,25 D;
198. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +4,25 D;
199. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +4,25 D;
200. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +4,25 D;
201. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +4,50 D;
202. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +4,50 D;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0139078

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 апреля 2024 года № РЗН 2020/12491

Лист 15

203. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +4,50 D;
204. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +4,50 D;
205. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +4,75 D;
206. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +4,75 D;
207. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +4,75 D;
208. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +4,75 D;
209. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +5,00 D;
210. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +5,00 D;
211. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +5,00 D;
212. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +5,00 D;
213. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +5,25 D;
214. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +5,25 D;
215. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +5,25 D;
216. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +5,25 D;
217. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +5,50 D;
218. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +5,50 D;
219. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +5,50 D;
220. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +5,50 D;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0139079

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 апреля 2024 года № РЗН 2020/12491

Лист 16

221. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +5,75 D;
222. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +5,75 D;
223. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +5,75 D;
224. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +5,75 D;
225. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +6,00 D;
226. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +6,00 D;
227. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +6,00 D;
228. Базовая кривизна 8,6 мм; диаметр хорды 14,5 мм; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось от 10° до 180° с шагом 10°; оптическая сила +6,00 D;

II. Инструкция по применению - 1 шт. на партию.

Место производства:

1. CooperVision Manufacturing Ltd., South Point, Hamble, Southampton, SO31 4RF, United Kingdom.
2. ООО "Биомедикал Дистрибушн Евразия", Россия, 141580, Московская область, г. Солнечногорск, Индустриальный парк Шерризон-Норд, влд. 3, стр. 3.
3. CooperVision Manufacturing Puerto Rico LLC, 500 Road 584, Lot 7, Amuelas Industrial Park, Juana Diaz, 00795, Puerto Rico, USA.
4. CooperVision Inc, 711 North Road, Scottsville, New York, 14546, USA.
5. CooperVision CL KFT, Gorcev Iván Street 7, Building C, 2360 Gyál, Hungary.
6. CooperVision Manufacturing Costa Rica, SRL, Zona Franca El Coyol, Building 53, Alajuela, 20101, Costa Rica.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0139068